This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

ろしね さくうし ⑲ 日本国特許庁(JP)→

四実用新案公報(Y2)

昭61 - 18885

MInt Cl.

广内整理番号

● ❷❷公告 昭和61年(1986)6月7日

A 61 B 17/32

安节期限 易特拉

回転可能な体腔内組織切除器

昭55-151262

昭57-74018

頤 昭55(1980)10月23日)

❷昭57(1982)5月7日

東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光学工学株式全社

建立位 1項形式 1号级数

内

位考 案 者 蛭 沼 治 謙 東京都板橋区前野町 2 丁目36番 9 号

公開時の処理

旭光学工業株式会社 東京都板橋区前野町2丁目36番9号

追跡

スタアの伊を同歌しゃ水が。

動実用新案登録請求の範囲 ……

ワイヤをループ状に形成したスネアと、該スネ アを固定する回転追従性の良好な中間体と、該中 間体とスネアとを被覆する外被チユーブと、該外 被チューブを固定部材を介して回転自在に固定す 5 するためには十分でない。 る操作体と、該操作体の軸方向に自在にスライド でき操作体を軸方向に垂直な面内に回転したとき 一体となつて回転するスライドと、該スライドと 前記中間体が一体となって回転するように固定す る固定具とからなる生体腔内の組織切除器。 考案の詳細な説明

この考案はワイヤをループ状に形成したスネア 面を手元操作部側の回転操作に対応して追従回転 するようになしたポリーブ等の体腔内の組織切除 器に関するものである。

生体腔内は生じたポリープ等の組織片を内視鏡 下で切除する場合、一般にワイヤでループを形成 したスネアを用いてポリープ等を捕獲し、内視鏡 の外部からの操作で絞扼切除したり、絞扼しつつ ネアワイヤが内視鏡先端より突出したとき、スネ アの捕獲面がポリープ等に対し必ずしも捕獲しや すい角度で出ることはなく、その度ごとに内視鏡 先端アングルの調整又はスネアを最初から内視鏡 に対し、スネアの捕獲面が手元操作部の回転操作 に追従して回転させることができれば、スネアが 内視鏡先端からどのような角度で突出しても容易 にポリープ等を捕獲できるが、従来のものは必ず しも回転の追従性が良好とはいい難く、短時間に かつポリープ等の組織を取り残しなく有効に切除

本考案による切除器は、ワイヤでループを形成 したスネア1と、スネア1を保持する回転追従性 が良好な中間体2と、前記スネア1と中間体2を 外部に対し電気的な絶縁保護する外被チューブ3 10 と、外被チューブ3を固定部材4,5を介して回 転自在に固定する操作体6と、操作体6に対し操 作体の軸方向にスライド可能なスライダ7と、前 記操作体6に一体化された取手8からなり、前記 中間体2の他端は、前記スライダ7にネジ9で固 15 定され、外部の電気接点とも接続可能であつて、 スライダ 7を操作体 6の軸方向の外被チューブ側 に移動させることになり、前記スネア1は前記外 被チュープ3の開口端より突出してループを形成 し、又、操作体の軸方向と垂直な面内に操作体 6 高周波電流で焼灼することにより切除するが、ス 20 を回転させることにより、スライダ 7 と中間体 2 は一体となつて回転するよう構成されている。こ のとき外被チューブは回転しない。

操作体を回転させる時、外被チューブと操作体 が一体となつて回転してしまうと、中間体と外被 の鉗子口から入れ直したりして不便である。これ 25 チュープ、外被チュープと鉗子チャンネルチュー ブの摩擦抵抗で、操作体の回転時、回転の力が外 被チユーブのよじれとして蓄積し、外被チユーブ

回転に関して一体の操作りやと新操作部か三次に対して

回転自在に設けてある

3~ 201. 萬蓋蘇布。

摩擦抵抗が大きくなり、又、中間体の回転追従性 外被チューブ径、更に外被チューブ径と鉗子チャ_ つけ動きを阻外し、スネアの回転追従性を悪くす る一方、内視鏡の彎曲状態によつて外被チューブ のよじれが摩擦抵抗にうちから、一気に解放され ると、中間体に残つたよじれも同時に解放され、 にスネアを止めることができず、ポリーブ等を捕 獲する際の微妙な術者の意志が伝わりにくい欠点 があつた。

しかるに、外被チユーブを固定部材を介して操 作体に回転自在に固定すれば、外被チューブは回 15 図はその斜視図である。 転するための余裕を鉗子チヤンネルを外被チユー ブ間に設ける必要はなく、外被チューブは鉗子チ ヤンネル内に挿入できる余裕だけを有しておれば よい。従つて、中間体と外被チューブ間の余裕も それだけ多くとれ、かつ術者の回転操作における 20 電流 こう

计表示描述的 医马克耳氏 化二氯乙烷 有数

有效交流的 医双角膜膜炎 医双侧脑腔畸胎 数键数

形式 医双环氏性多糖溶合性皮肤结合性 经第二次的 电线电槽的

...-

高级的 医克勒氏性 经基础证券 医二氏

径が細くなつて、特に内視鏡が彎曲した状態では、一回転力量も少なくて済み、微妙な操作が可能で有 利である。内視鏡の検査およびポリーブ等の切除 能をよくするには径が太い方がよいが、中間体と - に要する時間は術者にとつても患者にとつても短 い方がよく、特に高周波電気焼灼を併用する場合 ンネル間の余裕はあまりないので、中間体をしめ 5 は出血や火傷の危険も有り、出来るだけポリーブ 等の捕獲をやりやすくすることが重要であり、本 考案による切除器は非常に有用である。

尚、前記中間体には多量・多条のコイルを用い ており、一般のコイルと違つて、回転追従性がよ スネア先端は大きく回転し、静止させるべき位置 10 いものである。また第2図において、斜視部分は 回転のとき一体となつて回転する部分を示したも のである。

図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例を示す断面図、第2

1 ……スネア、2 ……中間体、3 ……外被チュ ープ、4,5……固定部材、6……操作体、7… **…スライダ、8……取手、9……ネジ[固定** 具】

高高设置 医阴道 医阿拉姆 医圆边 医皮肤造物 遭 첫글 문제를 이 때 한 것은 일이 있는 때문이 하고 있 일 #

集工工 建工工工工工的 人名法格勒特 海绵 医血管多针



